

张家港市第一人民医院电子胃镜项目拟采用单一来源采购方式专家论证意见

张家港市第一人民医院就其电子胃镜项目组织采购。根据本项目的特殊情况，我院于 2022 年 5 月 11 日对拟采购的单一来源采购方式组织专家进行了论证，相关内容如下：

1、论证人员名单

姓名	工作单位	职称	专业
王利兵	张家港市中医医院	副主任医师	消化内科
朱明艳	张家港澳洋医院	副主任医师	消化内科
徐建峰	张家港市第三人民医院	副主任医师	消化内科
刘雪松	张家港市第二人民医院	副主任医师	消化内科
徐磊	江苏剑桥颐华律师事务所	律师	法律

2、采购项目介绍






随着医院病人数量的增加，业务量明显增加，我院胃肠外科现有一根电子胃镜镜子，为满足临床需要，需增添一根电子胃镜，我院原有一台电子胃肠镜主机为 PENTAX 品牌，购买的镜子需与原有主机为同一品牌才能兼容，综合考虑，拟采用单一来源采购方式。采购预算金额：叁拾贰万元。

3、论证意见

电子胃镜具有很高的分辨能力，它可以观察到粘膜的微细结构，可以发现微小病变，达到早期发现、早期诊断、早期治疗的最终目的。为满足临床需要，张家港市第一人民医院所采购的电子胃镜需满足以下功能：

1. 视野角: ≥ 140 度
2. 视野方向: 0 度 (直视)
3. 景深: 2-100mm
4. 弯曲部弯曲角: 上 ≥ 210 度, 下 ≥ 120 度, 左 ≥ 120 度, 右 ≥ 120 度
5. 插入部外径: ≤ 9.8 mm
6. 钳道内镜: ≥ 3.2 mm
7. 有效长度: ≥ 1050 mm, 总长度: ≥ 1366 mm
8. CCD 像素: ≥ 100 万
9. 手柄具有控制功能。

综合以上情况, 专家组一致认为, 仅有PENTAX 一个品牌满足以上技术要求, 确定采用单一来源方式从授权代理商南京医药苏州恒捷医疗科技有限公司采购。



张家港市第一人民医院电子胃镜项目


单一来源采购专家论证意见

电子胃镜具有很高的分辨能力,它可以观察到粘膜的细微结构,可以发现微小病变,达到早期发现,早期诊断,早期治疗的最终目的,为满足临床需要,张家港市第一人民医院所采购的电子胃镜需满足以下功能:

1. 视野角 ≥ 140 (度视)
2. 视野方向: 0度 (直视)
3. 景深: 2-100 mm
4. 弯曲部弯曲角: 上 ≥ 20 度, 下 ≥ 120 度, 左 ≥ 120 度, 右 ≥ 120 度.
5. 插入部外径: ≤ 9.8 mm
6. 钳道内径: ≥ 3.2 mm.
7. 有效长度: ≥ 1050 mm, 总长度: ≥ 1366 mm.
8. CCD像素: ≥ 100 万
9. 手柄具有控制功能.

综合以上情况,专家组一致认为,仅有PENTAX一个品牌满足以上技术要求,确定采用单一来源方式从授权代理商南京医药苏州恒捷医药科技有限公司采购.

专家签字:



政府采购方式变更论证专家情况表

论证产品名称：电子胃镜

2022 年 5 月 11 日

序号	姓名	身份证号码	工作单位	职务	专业（评审类别）	职称	联系电话	是否属专家库
1	王利兵	320402197404250235	张家港市中医医院	副主任	消化内科	副主任医师	13962459060	
2	朱明艳	320921198302186384	张家港澳洋医院	副主任	消化内科	副主任医师	13801565009	
3	徐建峰	320582196307163319	张家港市第三人民医院	主任	消化内科	副主任医师	18962228620	
4	刘雪松	320521197012158215	张家港市第二人民医院	主任	消化内科	副主任医师	13806228402	
5	徐磊	320582198110258532	江苏剑桥颐华律师事务所	律师	法律	律师	13773225188	
6								
7								

政府采购方式变更论证专家情况表

论证产品名称：电子胃镜

2022年 5 月 17 日

序号	姓名	身份证号码	工作单位	职务	专业（评审类别）	职称	联系电话	是否属专家库
1	刘金	320402197004250215	江苏省中医院	副主任医师	消化内科	副主任医师	13762459060	
2	朱松	320921198202186384	张家港市第一人民医院	副主任医师	消化内科	副主任医师	13801565009	
3	陈永	320582196307163369	张家港市第一人民医院	主任医师	消化内科	主任医师	8862228826	
4	王松	32052119701218215	张家港市第一人民医院	主任医师	消化内科	主任医师	1806228462	
5	王松	325821198202186384	张家港市第一人民医院	副主任医师	消化内科	副主任医师	15773225188	
6								
7								