

张家港市第一人民医院超声治疗仪专用配件项目拟 采用单一来源采购方式专家论证意见

张家港市第一人民医院超声治疗仪专用配件项目组织政府采购。根据本项目的特殊情况，我院于 2025 年 11 月 13 日对拟采购的单一来源采购方式组织专家进行了论证，相关内容如下：

1、论证人员名单

姓名	工作单位	职称	专业
吴伟	张家港市第一人民医院	主治医师	医疗设备
王宏军	张家港市第二人民医院	正高	设备
李心	张家港市第一人民医院	副主任医师	医疗

2、采购项目介绍

随着医院病人数量的增加，业务量明显增加，我院现有超声治疗仪一台，目前每月需做面部年轻化病人人次增多，为满足临床需要，需增添超声治疗仪专用配件（超声治疗头）。我院原有一台超声治疗仪主机为半岛品牌，购买的超声治疗仪专用配件需与原有主机为同一品牌才能兼容，综合考虑，拟采用单一来源采购方式。采购预算金额：拾叁万陆仟捌佰元。

3、论证意见

超声治疗仪能够松弛皮肤 SMAS 筋膜层，达到增加肌肤弹性与整体改善皱纹的效果。为满足临床需要，张家港市第一人民医院所采购的超声治疗仪专用配件（超声治疗头）需满足以下功能：

1、具有大焦域技术专利；2、最大额定输出声功率 $\geq 6W$ ；3、频率可在 10、15、25HZ 进行调节；4、侧壁不需要的超声辐射： $\leq 100mW/cm^2$ ；5、治疗头超温： $\leq 41^{\circ}C$ ；6、点式手柄具有滑动传感

器检测功能，手柄停止运动立即停止输出超声能量；7、具有连发模式，最小发射间隔 0.4 秒；8、适配医院现有主机。

综合以上情况，专家组一致认为，仅有半岛一个品牌满足以上技术要求，确定采用单一来源方式从授权代理商江苏普润医疗器械有限公司采购。

王宏举 吴健

张家港市第一人民医院

2025 年 11 月 13 日

专业人员论证意见

张家港市第一人民医院超声治疗仪专用配件项目论证意见如下:

超声治疗仪能松弛皮肤SMAS筋膜层,达到增加肌肤弹性与整体改善皱纹的效果。为满足临床需要,张家港市第一人民医院所采购的超声治疗仪专用配件(超声治疗头)需满足以下功能:

1. 具有大焦域技术专利;
2. 最大额定输出功率 $\geq 6W$;
3. 频率可在10、15、25 Hz进行调节;
4. 侧壁不需要超声辐射 $\leq 100mW/cm^2$;
5. 治疗头超温: $\leq 41^{\circ}C$;
6. 点式手柄具有温控传感器检测功能,手柄停止运动立即停止输出超声能量;
7. 具有连发模式,最小发射间隔0.4s;
8. 适配医院现有主机。

综合以上情况,专家组一致认为,仅有丰岛一个品牌满足以上技术要求,确定采用单一来源方式从授权代理商江苏晋润医疗器械有限公司采购。

专家签字:

姜卿

姜卿

王宏军