

张家港市第一人民医院关于电子膀胱肾盂内窥镜项目拟采用单一来源采购方式专家论证意见公示

张家港市第一人民医院现申请采购电子膀胱肾盂内窥镜，根据本项目的特殊情况，于2025年12月17日对拟采用的单一来源采购方式组织论证，相关内容公示如下：

一、项目信息

采购人：张家港市第一人民医院

项目名称：电子膀胱肾盂内窥镜

拟采购的货物的说明：

随着医院泌尿外科病人数量的增加，业务量明显增加，我院现有两根电子膀胱肾盂内窥镜，目前每月进行输尿管及肾脏结石清除术的病人次多，每根镜子使用完需消毒时间长，现有镜子无法及时周转。为满足临床需要，需增添14根电子膀胱肾盂内窥镜。我院原有一台电子膀胱肾盂内窥镜主机为杭州好克品牌，购买的镜子需与原有主机为同一品牌才能兼容，综合考虑，拟采用单一来源采购方式。

拟采购的货物的预算金额：人民币叁拾柒万捌仟元整（¥378000.00）。


采用单一来源方式的原因与专家论证意见：

根据张家港市第一人民医院的实际情况，了解到目前该院使用的是好克品牌的电子膀胱肾盂内窥镜主机，由于其他品牌的电子膀胱肾盂内窥镜无法和现有的主机兼容，专家组一致认为，此次电子膀胱肾盂内窥镜项目采购只能采用单一来源方式，苏州翰迪医疗器械有限公司为杭州好克在本地区针对本项目的唯一授权供应商。

综上，专家组论证认为，仅有宾得一个品牌满足以上技术要求。本项目采购符合政府采购法第三十一条（一）的规定：只能从唯一供应商处采购，由苏州翰迪医疗器械有限公司提供电子膀胱肾盂内窥镜，供应商地址：苏州高新区马涧路168号2幢6楼602-6室。

二、拟定供应商信息

名称：苏州翰迪医疗器械有限公司



地址：苏州高新区马涧路168号2幢6楼602-6室

三、公示期限

自本公示发布之日起5个工作日

四、其他补充事宜：专家名单

姓名	工作单位	职称	专业
吴伟	张家港市第五人民医院	高级技师	设备
李刚	张家港市中医院	副研究员	设备
陈新	张家港市红十字血站	副主任技师	设备

五、联系方式

1、采购人

联系人：张晨馨

联系地址：张家港市暨阳西路68号

联系电话：0512-56919703

六、附件：

专业人员论证意见

张家港市第一人民医院电子膀胱肾盂内窥镜项目拟 采用单一来源采购方式专家论证意见

张家港市第一人民医院就其电子膀胱肾盂内窥镜项目组织政府采购。根据本项目的特殊情况，本院于 2025 年 12 月 17 日对拟采购的单一来源采购方式组织专家进行了论证，相关内容如下：

1、论证人员名单

姓名	工作单位	职称	专业
吴伟	张家港市第五人民医院	高级技师	设备
李刚	张家港市中医院	副研究员	设备
陈新	张家港市红十字血站	副主任技师	设备

2、采购项目介绍

随着医院泌尿外科病人数量的增加，业务量明显增加，我院现有两根电子膀胱肾盂内窥镜，目前每月进行输尿管及肾脏结石清除术的病人次多，每根镜子使用完需消毒时间长，现有镜子无法及时周转。为满足临床需要，需增添 14 根电子膀胱肾盂内窥镜。我院原有一台电子膀胱肾盂内窥镜主机为杭州好克品牌，购买的镜子需与原有主机为同一品牌才能兼容，综合考虑，拟采用单一来源采购方式。采购预算金额：叁拾万柒仟元。

3、论证意见

电子肾盂膀胱内窥镜是一种用于泌尿系统检查与治疗的微创医疗器械，通过电子成像技术直接观察肾盂、输尿管及膀胱内部结构，具有高清成像、精准诊断、治疗一体化的优势。为满足临床需要，张家港市第一人民医院所采购的电子膀胱肾盂内窥镜需满足以下功能：

- 1、视向角： $\geq 0^\circ$ ；
- 2、视场角： $\geq 110^\circ$ ；
- 3、景深：5-50 mm；

4、尖端部外径： ≥ 7.2 Fr；5、尖端部设计：锥形头端；6、插入部外径： ≥ 8.5 Fr；7、工作长度： ≤ 670 mm；8、弯曲角度：上弯 $\leq 270^\circ$ ，下弯 $\leq 285^\circ$ ；9、使用范围：尿道、膀胱、肾脏，为可重复使用电子软镜；10、与现有主机兼容无需加配其他任何设备即可开展工作。

综上所述仅有好克一个品牌满足以上技术要求，确定采用单一来源方式从授权代理商苏州翰迪医疗器械有限公司采购

张家港市第一人民医院

2025年12月17日

潘 嘉 吴 伟



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈新
	职称: 副主任医师
	工作单位: 张家港市人民医院
项目信息	项目名称: 张家港市第一人民医院电子膀胱肾盂内窥镜项目
	供应商名称: 苏州翰迪医疗器械有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)
	本项目目前医院有电子膀胱肾盂内窥镜主机为柯姆如克品牌, 柯姆如克品牌主机质量可靠, 建议单一来源采购。
专业人员签字	日期: 2020.12.17

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <i>Juan</i>
	职称: <i>副主任医师</i>
	工作单位: <i>市中医院</i>
项目信息	项目名称: 张家港市第一人民医院电子膀胱肾盂内窥镜项目
	供应商名称: 苏州翰迪医疗器械有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)
	<i>左右输尿管电子膀胱肾盂内窥镜主机 为特殊产品,接口与其他品牌不 兼容,只能为单一来源采购。</i>
专业人员签字	<i>Juan</i>
	日期: 2025.12.17

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>吴伟</u>
	职称: <u>主治医师</u>
	工作单位: <u>张家港市第一人民医院</u>
项目信息	项目名称: 张家港市第一人民医院电子膀胱肾盂内窥镜项目
	供应商名称: 苏州翰迪医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该院电子膀胱镜内窥镜项目,原有电子膀胱镜主机为杭州超克科的内窥镜需与主机配套使用,超克科品牌主机接口,只能使用同一品牌才能兼容,其它品牌无法与其配套使用。根据《政府采购法》三十一(一)的规定,只能从唯一供应商处采购,建议采用单一来源方式从授权供应商苏州翰迪医疗器械有限公司处采购。</p>
专业人员签字	<u>吴伟</u>
	日期: <u>2025.12.17</u>

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓名：李刚

性别：男

出生年月：1974.12

身份证号：32031119741203121x

工作单位：张家港市中医医院



评委会名称：江苏省思想政治工作专业高级专业技术资格评审委员会

资格名称：副研究员

系列（专业）：思想政治工作

专业（学科）：思想政治工作


证书号：202105900060


取得资格时间：2021年11月12日

批复文号：苏宣通〔2021〕59号



在线证书信息





姓名 吴伟 性别 男

出生日期 1966年 08月 2日


职务名称 电工高级技师

文化程度 大专

工作单位 苏州市张家港市第五人

民医院

编号: 2019606



姓名 陈新

性别 男

身份证号 320521197601017613

工作单位 张家港市红十字血站

编号 201700602599



经江苏省卫生专业人员

高级专业技术资格评审委员会于

2017年12月8日评审,陈新

已具备副主任技师 资格

公布文号:苏人社发〔2017〕419号



2017年12月8日