

张家港市第一人民医院无菌医用激光光纤项目拟采用单一来源采购方式专家论证意见

张家港市第一人民医院就其无菌医用激光光纤项目组织政府采购。根据本项目的特殊情况，本院于 2026 年 5 月 27 日对拟采购的单一来源采购方式组织专家进行了论证，相关内容如下：

1、论证人员名单

姓名	工作单位	职称	专业
陈祝军	张家港市疾病预防控制中心	主任技师	卫生技术
王红鹰	张家港市中医医院	高级工程师	信息工程
王宏举	张家港市第二人民医院	主任药师	卫生技术

2、采购项目介绍

随着我院病人数量的增加，泌尿科业务量明显增加，泌尿肿瘤，结石及前列腺疾病逐年提高，年门诊量 38000 余人次，住院手术量 2000 人次。为满足临床需要，需增添 10 支无菌医用激光光纤。我院原有一台激光治疗机主机为科医人品牌，型号 Powersuite100W。购买的无菌医用激光光纤需与原有主机为同一品牌才能兼容，综合考虑，拟采用单一来源采购方式。

采购预算金额：拾贰万壹仟伍佰元。

3、论证意见

无菌医用激光光纤专门用于前列腺剜除术，搭配主机可缩短手术时间，提高手术效率，提高患者满意度。降低二次手术率，避免医疗资源的重复使用及浪费。为满足临床需要，张家港市第一人民医院所采购的无菌医用激光光纤需满足以下功能：

1. 纤芯直径： $\leq 550 \mu\text{m}$ ；
2. 最大外径： $780 \mu\text{m}$ ；
3. 适配最小工作

通道直径： $\leq 6.5Fr$ ；4.光纤最小弯曲半径： $\leq 20mm$ ；5.光纤长度：
250cm（允许偏差+25cm）；6.光纤重复使用次数： ≥ 10 次；7.重复
使用光纤可承受后处理循环次数： ≥ 9 次；8.适配科医人 Powersuite
100W 主机。

综合以上情况，专家组一致认为，仅有科医人一个品牌满足以上
技术要求，本项目采购符合政府采购法第三十一条（一）的规定：只
能从唯一供应商处采购，确定采用单一来源方式从授权代理商苏州苏
朗商贸有限公司采购。

张永峰

张家港市第一人民医院

2026年5月27日



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 唐晓东
	职称: 主任医师
	工作单位: 张家港市疾控中心
项目信息	项目名称: 无菌医用激光光纤
	供应商名称: 苏州苏朗商贸有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>本次采购的无菌医用激光光纤, 专用于科医人 Powersuite 100W 钕激光设备, 属于设备原厂定制化耗材, 目前无其他品牌或型号可替代使用。该产品在能量传导效率、手术安全性、使用寿命等方面均满足临床需求, 而保障手术效果、提升诊疗效率, 且重复使用特性有助于控制医疗成本。为确保设备正常运行, 避免因使用非原厂耗材导致设备损坏或手术风险, 必须采购原厂配套光纤。本项目具备唯一性、专用性特征, 建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>唐晓东</p> <p>日期: 2026.5.27</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙彦	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 张家港市中医医院	
项目信息	项目名称: 无菌医用激光光纤	
	供应商名称: 苏州苏朗商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>医院现有科医人高功率激光治疗设备, 采购的无菌医用激光光纤为该设备专用配套耗材, 其光学参数规格、能量传输时代均须与设备高度匹配, 购买的无菌医用激光光纤需与原有批同一品牌才能兼容, 只能向科医人品牌的无菌医用激光光纤, 苏州苏朗商贸有限公司是科医人品牌在张家港地区的唯一授权代理商, 根据政府采购法第三十一条(一)的规定, 只能从唯一供应商处采购, 确定采购单一来源方式从授权代理商苏州苏朗商贸有限公司采购。</p>	
专业人员签字	孙彦	日期: 2026.5.27

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王宏举
	职称: 主任药师
	工作单位: 张家港市第二人民医院
项目信息	项目名称: 无菌医用激光光纤
	供应商名称: 苏州苏朗商贸有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)
	科医人 Powersuite 100W 款激光设备所使用的无菌医用激光光纤为专属配套耗材, 受接口标准、能量匹配、安全认证等技术限制, 市场上无其他兼容产品可供选择, 该耗材性能稳定, 安全可靠, 对保障手术质量与患者安全至关重要, 只能从唯一供应商处采购, 该原厂耗材, 本项目符合单一来源采购法适用条件, 建议采用单一来源采购。
专业人员签字	王宏举
	日期: 2026-5-27

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。