

# 张家港市第一人民医院超乳设备配件项目拟采用单一来源采购方式专家论证意见

张家港市第一人民医院就其超乳设备配件项目组织采购。根据本项目的特殊情况，本院于 2026 年 5 月 27 日对拟采购的单一来源采购方式组织专家进行了论证，相关内容如下：

## 1、论证人员名单

姓名	工作单位	职称	专业
陈祝军	张家港市疾病预防控制中心	主任技师	卫生技术
王红鹰	张家港市中医医院	高级工程师	信息工程
王宏举	张家港市第二人民医院	主任药师	卫生技术

## 2、采购项目介绍

随着我院眼科门诊及手术量逐年增加，白内障超声乳化手术业务量显著提升。我院现有 11 套超声乳化仪手柄，目前每天平均需做 15 台白内障超声乳化手术，每套手柄使用完需消毒最少 3 个小时，且有些手柄已使用多年，设备性能衰减，无法满足临床手术的稳定性与安全性要求。为满足临床需要，需增添四套玻切超乳机主机配件，包含超乳手柄、注吸手柄等。我院原有的一台玻切超乳仪主机为爱尔康品牌，由于超乳手柄、注吸手柄为设备原厂专用配件，其频率、接口协议、能量控制逻辑均与主机系统深度绑定，不同品牌的手柄无法与现有主机兼容使用，且无法通过第三方改造实现适配。为保证设备整体性能稳定、手术安全可控，避免因配件不兼容导致手术并发症或设备

损坏，本次采购配件品牌需与现有主机为同一品牌。综合考虑，拟采用单一来源采购方式。采购预算金额：人民币叁拾万陆仟元。

### 3、论证意见

玻切超乳机主机配件是白内障超声乳化手术的核心耗材和关键部件，其性能直接影响手术效率、角膜内皮保护效果及术后恢复质量，对手术的安全性与精准性具有决定性作用。为满足临床需要，张家港市第一人民医院所采购的玻切超乳机主机配件需满足以下功能：

1、与我院现有爱尔康品牌超声乳化仪主机完全兼容，支持主机全功能模式（超声乳化、I/A、爆破/脉冲模式等）；

2、手柄振动频率与主机匹配，能量输出稳定，误差需控制在原厂标准范围内；

3、接口协议与主机适配，支持实时能量反馈与故障监测；

4、采用原厂标准，满足高温高压灭菌要求，无第三方改造风险；

5、提供原厂质量保障及售后服务支持，确保配件供应与维修维护的连续性。

综合以上情况，专家组一致认为，仅有爱尔康一个品牌满足以上技术要求，本项目采购符合政府采购法第三十一条（一）的规定：只能从唯一供应商处采购，确定采用单一来源方式从授权代理商南京艾德蒙生物科技有限公司采购。

王保军 潘海 王红霞

张家港市第一人民医院

2026年5月27日



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王宏举
	职称: 主任药师
	工作单位: 张家港市第二人民医院
项目信息	项目名称: 超乳设备配件
	供应商名称: 南京艾德蒙生物科技有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>Centurion 手机软硬件为爱尔康独家设计, 手柄与主机存在深度学习交互流量闭环控制, 液流协同调节, 非原厂配件会导致主机报错, 流量不稳液流不稳无法校准, 甚至损坏主机主板与控制系统, 造成重大设备损失. 原厂手柄提供完整售后, 原厂质保, 专业维修, 技术支持; 非原厂配件无官方认证, 存在质量不稳定, 寿命短, 无校准等问题, 增加综合成本与风险. 符合单一来源采购办法适用条件, 建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>王宏举</p> <p>日期: 2026.5.27</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 唐祝东	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 张家港市疾控中心	
项目信息	项目名称: 超乳设备配件	
	供应商名称: 南京艾德蒙生物科技有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)	
	<p>该院现有一台玻切超乳机主机为爱尔康品牌,由于超乳手柄与设备原厂专用配件,其频率、接口协议、能量控制逻辑等均与主机系统紧密绑定,不同品牌手柄无法与现有主机兼容使用,且无法通过第三方改造实现适配,为保证设备整体性能稳定、手术安全可靠,避免因配件不兼容导致手术并发症或设备损坏,本次采购需与现有主机为同一品牌。经考虑,可采用单一来源采购方式。张家港地区玻切超乳仪(品牌爱尔康)唯一授权代理商为南京艾德蒙生物科技有限公司</p>	
专业人员签字	唐祝东	日期: 2026.5.27

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙广	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 张家港市中医医院	
项目信息	项目名称: 超乳设备配件	
	供应商名称: 南京艾德蒙生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院现有一台玻切超乳机为爱尔康品牌,由于超乳手柄、负压手柄为玻切超乳机设备专用配件,其频率、接口协议、能量控制逻辑均与主机系统深度绑定,购买的超乳手柄、负压手柄须与原有主机同一品牌才能兼容,其他品牌手柄无法与原有主机兼容使用,且无法通过第三方改造实现适配。南京艾德蒙生物科技有限公司是爱尔康在张家港地区唯一授权经销商,符合政府采购的购法第三十一条(一)的规定,因此从唯一供应商处采购,确定采用单一来源方式从授权经销商南京艾德蒙生物科技有限公司采购。</p>	
专业人员签字	孙广	日期: 2016.5.27

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。