

张家港市第一人民医院电子支气管内窥镜项目拟采用单一来源采购方式专家论证意见

张家港市第一人民医院就其电子支气管内窥镜项目组织政府采购。根据本项目的特殊情况，本院于 2026 年 5 月 27 日对拟采购的单一来源采购方式组织专家进行了论证，相关内容如下：

1、论证人员名单

姓名	工作单位	职称	专业
陈祝军	张家港市疾病预防控制中心	主任技师	卫生技术
王红鹰	张家港市中医医院	高级工程师	信息工程
王宏举	张家港市第二人民医院	主任药师	卫生技术

2、采购项目介绍

随着医院病人数量的增加，业务量明显增加，复杂病人逐渐增多。我院现未配备超细电子支气管内窥镜镜子，为了实现气道病变良恶性快速诊断，实现肺外周的病变诊断与治疗，便于更好的发现和诊断早期癌症，为满足临床需要，需增添一根超细支气管内窥镜。我院原有一台电子支气管镜主机为奥林巴斯品牌，购买的镜子需与原有主机为同一品牌才能兼容，综合考虑，拟采用单一来源采购方式。采购预算金额：肆拾叁万贰仟元。

3、论证意见

本次采购的支气管内窥镜属于超细支气管镜，该支气管镜可实现末梢支气管活检取样、搭配超声探头辅助查找病变，提升诊治效率。为满足临床需要，张家港市第一人民医院所采购的电子支气管内窥镜需满足以下参数要求：

1、要求适配科室现有奥林巴斯 CV-290 主机。2、视野范围： $\geq 90^\circ$ 。3、视野方向：直视。4、景深：2-50mm。5、弯曲角度：上 $\geq 210^\circ$ ，下 $\geq 130^\circ$ 。6、先端部外径： $\leq 3.0\text{mm}$ 。7、软性部外径 $\leq 3.7\text{mm}$ 。8、有效长度 $\geq 600\text{mm}$ 。9、最小可视距离：距先端 $\geq 2.0\text{mm}$ 。10、钳子管道内径： $\geq 1.7\text{mm}$ 。11、具有插入管旋转功能。12、全防水一触式接头

综合以上情况，专家组一致认为，仅有奥林巴斯一个品牌满足以上技术要求，本项目采购符合政府采购法第三十一条（一）的规定：只能从唯一供应商处采购，确定采用单一来源方式从授权代理商上海景隆新医疗科技有限公司采购。

潘峰 孙高 王保军

张家港市第一人民医院

2026年5月27日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王立军	
	职称: 高级医师	
	工作单位: 张家港市中医医院	
项目信息	项目名称: 电子支气管镜检查	
	供应商名称: 上海景隆新医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>医院现有电子支气管镜品牌为奥林巴斯品牌,为了匹配医院科室现有品牌,便于更好的诊断早期癌症,所购电子支气管镜需与医院现有品牌为同一品牌才能兼容,只能采购奥林巴斯品牌的电子支气管镜。上海景隆新医疗科技有限公司是奥林巴斯品牌在张家港地区的唯一授权代理商,符合政府采购法第三十一条(一)的规定,只能从唯一供应商处采购,因此采购用单一来源方式从授权代理商上海景隆新医疗科技有限公司采购。</p>	
专业人员签字	王立军	日期: 2026.5.27

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈祝余
	职称: 主任医师
	工作单位: 张家港市医院中心
项目信息	项目名称: 电子支气管内窥镜
	供应商名称: 上海景隆新医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>为了匹配医院科室现有的主机NBI窄带光成像功能, 便于更好的发现和诊断早期病变, 随购气管镜需具备NBI窄带成像功能。经调研只有奥林巴斯品牌气管镜与医院现有奥林巴斯290主机NBI成像功能相匹配, 故只能采购奥林巴斯品牌的电子支气管内窥镜。</p> <p>因奥林巴斯公司呼吸科的医用内窥镜产品(主机、内镜等)在张家港地区唯一经销商为上海景隆新医疗科技有限公司, 所以只能从唯一供应商处采购。</p>
专业人员签字	<p>陈祝余</p> <p>日期: 2026. 5. 27</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王宏举	
	职称: 主任药师	
	工作单位: 张家港市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 电子支气管内窥镜	
	供应商名称: 上海景隆新医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)	
	为了实现肺外周病灶的诊断与治疗,需要所购气管镜有超细的外径(小于等于3.0mm),但是又要具备较大钳道(大于等于1.7mm),并与医院现有奥林巴斯290主机匹配,经调研只有奥林巴斯品牌气管镜能匹配.因此只有奥林巴斯的配件可与医院现有奥林巴斯品牌290系列主机完全匹配. 建议单一来源方式采购	
专业人员签字	王宏举	日期: 2026.5.27

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。