

张家港市第一人民医院脑脉氧模块项目拟采用单一来源采购方式专家论证意见

张家港市第一人民医院就其脑脉氧模块项目组织采购。根据本项目的特殊情况，本院于 2026 年 8 月 6 日对拟采购的单一来源采购方式组织专家进行了论证，相关内容如下：

1、论证人员名单

姓名	工作单位	职称	专业
李勇浩	张家港市第一人民医院	主任技师	卫生技术
张黎	张家港市第一人民医院	主任医师	卫生技术
徐春明	张家港市第一人民医院	主任医师	卫生技术

2、采购项目介绍

因大脑对缺血缺氧极度敏感，完全缺氧数分钟就可能造成不可逆神经损伤，为保障病人安全，需对现有的病人监护仪增配脑脉氧模块。脑脉氧模块可以实时监测并显示持续的脑部与区域血氧饱和度变化信息，显示局部氧气输送和氧气消耗临界平衡的变化，实时捕捉脑氧的动态变化，早于常规血氧、心率指标发现隐匿性脑缺氧。我院急诊监护室在用监护仪为迈瑞品牌，经调研迈瑞品牌监护仪数据算法及模块连接技术为独家技术，未向第三方开放，第三方产品无法适配安装，只有迈瑞品牌脑脉氧模块可与现有监护仪主机兼容。综合考虑，拟采用单一来源采购方式。采购预算金额：捌万玖千壹佰元。


3、论证意见

脑脉氧模块专门用于脑部与区域血氧饱和度的监测，因大脑对缺

血缺氧极度敏感，完全缺氧数分钟就可能造成不可逆神经损伤。需做到早发现早治疗。为满足临床需要，张家港市第一人民医院所采购的脑脉氧模块需兼容科室现有迈瑞监护仪主机。

专家论证结论：

综合以上情况，专家组一致认为，仅有迈瑞一个品牌满足以上技术要求，本项目采购符合政府采购法第三十一条（一）的规定：只能从唯一供应商处采购，确定采用单一来源方式从授权代理商张家港市恒冠贸易有限公司采购。

Handwritten signature and date in blue ink. The signature appears to be '李学' followed by a date '8/8'.

张家港市第一人民医院

2026 年 8 月 6 日